

MANUFACTURER

MT-DERM GmbH
Blohnmstraße 37-61
12307 Berlin

Germany

www.mtderm.de, info@mtderm.de
artyst Mikropigmentierfarben – Packungsbeilage
artyst Micropigmentation colors – package insert
Micro pigments artyst – Notice
artyst micropigmentatie-inkten – Bijsluiter
Colori per micropigmentazione artyst – Foglietto illustrativo
artyst-micropigmentointiväri – pakkauseloste
Ulotka barwników do mikropigmentacji artyst

© 29.10.2021

YOUR SMART CHOICE

artyst micropigmentation colors are developed to achieve three major objectives: safety, vibrancy and long-term color retention. Safety comes first. For that reason, artyst micropigmentation colors are developed in close collaboration with chemists and professional users.

artyst micropigmentation colors meet the highest quality and safety standards. All colors:

- contain no preservatives
- are tested in an external accredited analytical laboratory
- are monitored for their microbiological quality and safety
- are secured with a seal of genuineness

These features will ensure you the lasting experience of beautiful and safe micropigmentation. Detailed information about chemical composition is provided in material safety data sheets.

IMPORTANT NOTICE!

The micropigmentation procedure should be performed rather shallow. Avoid too deep penetration of the skin. Prefer to do some more work on the retouch rather than penetrating too deep. Deep penetration of eyebrow colors will cause grey/blue/black and migration lines. Deep penetration of lip colors will cause lilac/blue/grey results.

All artyst micropigmentation colors can be mixed to create the optimal color, EXCEPT for eyebrow/eyeliner colors with lip colors.

This recommendation was developed after intensive in-house testing.

DE

1 MIKROPIGMENTIERFARBEN

artyst Mikropigmentierfarben erfüllen die strengsten Sicherheits- und Qualitätsanforderungen.
Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch die nachstehenden wichtigen Informationen:

1.1 INHALTSSTOFFE

Die Inhaltsstoffe der jeweiligen Mikropigmentierfarben sind im letzten Abschnitt dieser Gebrauchsanweisung für alle Sprachen gemeinsam aufgeführt (siehe Kapitel 3).

1.2 VERWENDUNGSZWECK

Gemisch zur Verwendung in Tätowierungen oder Permanent Make-up. Enthält Nickel und Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen verursachen. Die Mikropigmentierfarbe wird mit Hilfe eines Nadelmoduls und einem Mikropigmentiergerät in die Dermis implantiert (Permanent Makeup).

Die gängigsten Anwendungsbereiche für Mikropigmentierung sind:

- Härchenzeichnung oder Schattierung von Augenbrauen
- Zeichnen des Lidstrichs
- Lippenschattierung oder Lippenkonturen
- Körpertätowierungen

1.3 KONTRAINDIKATIONEN

Unter folgenden Voraussetzungen darf **keine** Permanent-Make-up-Behandlung vorgenommen werden:

- Hämophilie oder andere Blutgerinnungsstörungen
- Derzeitige Einnahme von Blutverdünnermitteln (z.B. Acetylsalicylsäure, Heparin, Aspirin, Warfarin)
- Unkontrollierter Diabetes mellitus
- Jegliche Form von aktiver Akne im Behandlungsbereich
- Dermatosen (z.B. Hautumore, Keloid bzw. extreme Neigung zur Keloid-Bildung; solare Keratose; Warzen und/oder Muttermale) im Behandlungsbereich
- Offene Wunden und/oder Ekzeme und/oder Hautausschläge im Behandlungsbereich
- Narben im Behandlungsbereich
- Systemische Infekte und Infektionskrankheiten (z.B. Hepatitis des Typs A, B, C, D, E oder F, HIV-Infection) oder akute lokale Hautinfektionen (z.B. Herpes, Rosea)
- Bei Augenlid-Pigmentierungen: Bindegautzündung
- Während einer Chemotherapie, Radiotherapie oder hochdosierte Kortikosteroid-Therapie (ab 4 Wochen vor Beginn bis 4 Wochen nach Ende der Therapie)
- Bis zu 12 Monate nach einer Schönheits-OP im Behandlungsbereich
- Bis zu 6 Monate nach Filler-Injektionen im Behandlungsbereich
- Allergie auf topische Anästhetika (Lokalanästhesie)
- unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss
- Schwangerschaft und Stillzeit

Die Behandlung von Schleimhäuten und Augäpfeln ist strengstens untersagt.
Besteht der geringste Zweifel an der Sicherheit für den Kunden, darf die Behandlung nicht begonnen oder muss sofort abgebrochen werden.

Die Behandlung muss unverzüglich unterbrochen werden bei:

- Übermäßigem Schmerzempfinden
- Ohnmachtsanfällen/Schwindelgefühl
- Übermäßiger Sekretion von Wundflüssigkeit

Grundsätzlich sollten frisch behandelte Hautareale vor UV- und Sonneninstrahlung geschützt werden.

In seltenen Fällen können durch das Einbringen der Mikropigmentierfarbe folgende Probleme ausgelöst werden:

- Farbton-Unterschiede
- Pigmentverlust
- allergische Reaktionen auf Bestandteile der aseptischen Pigmentfarbe

1.4 DEFINITION DER AUF DEM ETIKETT UND DER VERPACKUNG DES PRODUKTS VERWENDETEN SYMBOLE

Die folgenden Symbole werden zur Kennzeichnung auf dem Produktetikett und der Verpackung verwendet:

	Hersteller
	zur weiteren Information siehe Gebrauchsanweisung
	Katalognummer, Bestellnummer
	Chargencode
	mindestens haltbar bis
	Nach dem Öffnen innerhalb von 180 Tagen zu verwenden

1.5 VERWENDUNG VON MIKROPIGMENTIERFARBEN

Vor der Verwendung von Mikropigmentierfarben bitte unbedingt folgende Hinweise beachten:

- Mikropigmentierfarben dürfen nur von medizinisch qualifiziertem Personal oder qualifiziertem und für die Mikropigmentierung geschultem Personal verwendet werden.

Die Mikropigmentierfarben dürfen ausschließlich für die unter Verwendungszweck aufgeführten Zweckbestimmungen eingesetzt werden.

1.6 INHALTSSTOFFE

Die Inhaltsstoffe der jeweiligen Mikropigmentierfarben sind im letzten Abschnitt dieser Gebrauchsanweisung für alle Sprachen gemeinsam aufgeführt (siehe Kapitel 3).

1.7 VERWENDUNGSZWECK

Gemisch zur Verwendung in Tätowierungen oder Permanent Make-up. Enthält Nickel und Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen verursachen. Die Mikropigmentierfarbe wird mit Hilfe eines Nadelmoduls und einem Mikropigmentiergerät in die Dermis implantiert (Permanent Makeup).

Die gängigsten Anwendungsbereiche für Mikropigmentierung sind:

- Härchenzeichnung oder Schattierung von Augenbrauen
- Zeichnen des Lidstrichs
- Lippenschattierung oder Lippenkonturen
- Körpertätowierungen

1.8 KONTRAINDIKATIONEN

Unter folgenden Voraussetzungen darf **keine** Permanent-Make-up-Behandlung vorgenommen werden:

- Hämophilie oder andere Blutgerinnungsstörungen
- Derzeitige Einnahme von Blutverdünnermitteln (z.B. Acetylsalicylsäure, Heparin, Aspirin, Warfarin)
- Unkontrollierter Diabetes mellitus
- Jegliche Form von aktiver Akne im Behandlungsbereich
- Dermatosen (z.B. Hautumore, Keloid bzw. extreme Neigung zur Keloid-Bildung; solare Keratose; Warzen und/oder Muttermale) im Behandlungsbereich
- Offene Wunden und/oder Ekzeme und/oder Hautausschläge im Behandlungsbereich
- Narben im Behandlungsbereich
- Systemische Infekte und Infektionskrankheiten (z.B. Hepatitis des Typs A, B, C, D, E oder F, HIV-Infection) oder akute lokale Hautinfektionen (z.B. Herpes, Rosea)
- Bei Augenlid-Pigmentierungen: Bindegautzündung
- Während einer Chemotherapie, Radiotherapie oder hochdosierte Kortikosteroid-Therapie (ab 4 Wochen vor Beginn bis 4 Wochen nach Ende der Therapie)
- Bis zu 12 Monate nach einer Schönheits-OP im Behandlungsbereich
- Bis zu 6 Monate nach Filler-Injektionen im Behandlungsbereich
- Allergie auf topische Anästhetika (Lokalanästhesie)
- unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss
- Schwangerschaft und Stillzeit

Die Behandlung von Schleimhäuten und Augäpfeln ist strengstens untersagt.
Besteht der geringste Zweifel an der Sicherheit für den Kunden, darf die Behandlung nicht begonnen oder muss sofort abgebrochen werden.

Die Behandlung muss unverzüglich unterbrochen werden bei:

- Übermäßigem Schmerzempfinden
- Ohnmachtsanfällen/Schwindelgefühl
- Übermäßiger Sekretion von Wundflüssigkeit

Grundsätzlich sollten frisch behandelte Hautareale vor UV- und Sonneninstrahlung geschützt werden.

In seltenen Fällen können durch das Einbringen der Mikropigmentierfarbe folgende Probleme ausgelöst werden:

- Farbton-Unterschiede
- Pigmentverlust
- allergische Reaktionen auf Bestandteile der aseptischen Pigmentfarbe

1.9 DEFINITION DER AUF DEM ETIKETT UND DER VERPACKUNG DES PRODUKTS VERWENDETEN SYMBOLE

Die folgenden Symbole werden zur Kennzeichnung auf dem Produktetikett und der Verpackung verwendet:

	Hersteller
	zur weiteren Information siehe Gebrauchsanweisung
	Katalognummer, Bestellnummer
	Chargencode
	mindestens haltbar bis
	Nach dem Öffnen innerhalb von 180 Tagen zu verwenden

EN

1 MICROPIGMENTATION COLORS

artyst Micropigmentation colors meet the strictest safety and quality requirements.

Please observe the following important information before use:

1.1 INGREDIENTS

The ingredients of each particular micropigmentation color are listed together for all languages in the last section of this operating manual (see chapter 3).

1.2 INTENDED USE

Mixture for use in tattoos or in permanent make-up. Contains nickel and chromium (VI). Can cause allergic reactions.

The micropigmentation color is implanted into the dermis with the aid of a needle cartridge and a micropigmentation device (permanent make-up).

The most common applications for micropigmentation are the following:

- Drawing fine hairs or shadowing of eyebrows
- Drawing an eyelid line
- Lip shading or lip contours
- Body tattoos

1.3 CONTRAINDICATIONS

Permanent make-up treatment is **not** permitted in case of the following conditions:

- Current consumption of blood thinners (e.g. acetylsalicylic acid, heparin, aspirin, warfarin)
- Uncontrolled diabetes mellitus
- Any form of active acne in the treatment area
- Dermatoses (e.g. skin tumors, keloids or extreme inclination for keloid formation, solar keratosis, warts and/or moles) in the treatment area
- Open wounds and/or eczema and/or skin rashes in the treatment area
- Systemic infections and infective diseases (e.g. hepatitis A, B, C, D, E or F; HIV infection) or acute local skin infections (e.g. herpes, rosacea)
- For eyelid pigmentation: conjunctivitis
- During chemotherapy, radiotherapy or high-dose corticosteroid therapy (recommendation: less than 4 weeks before the beginning until 4 weeks after the end of therapy)
- Up to 12 months after plastic surgery in the treatment area
- Up to 6 months after filler injections in the treatment area
- Allergy to topical anesthetics (local anesthesia)
- Under the influence of alcohol and/or drugs
- Pregnancy and lactation

Treatment of mucous membranes and eyeballs is strictly prohibited.

If there is the slightest doubt about customer safety, do not commence treatment or terminate treatment immediately.

The treatment must be terminated immediately in the event of:

- Excessive sensations of pain
- Fainting / dizziness
- Excessive release of wound fluid

As a general rule, recently treated areas of skin should be protected from UV radiation and sunlight.

In rare cases, the following problems may be triggered by the introduction of micropigmentation color:

- Color differences
- Pigment loss
- Allergic reactions to components of the aseptic pigment color

The treatment must be terminated immediately in the event of:

- en cas de sensibilité excessive à la douleur
- perte de connaissance / vertiges
- sécrétion excessive d'excès

Les zones cutanées qui viennent d'être traitées doivent généralement être protégées des UV et des rayons du soleil.

Dans de rares cas, l'introduction d'encre de micropigmentation peut provoquer les problèmes suivants :

- Différences de teintes
- Dépigmentation
- réactions allergiques à d'autres composants de l'encre pigmentée aseptique

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences d'une tentative d'élimination des pigments. Le fabricant n'est notamment pas responsable des complications résultant de l'élimination des micro pigments par des procédés thermiques, mécaniques ou autres (par ex. traitement au laser).

Pour toute réclamation, indiquer le code du lot imprimé sur l'étiquette du produit.

1.7 IMPORTANT NOTES

Even though the product meets the most stringent requirements relating to quality and purity, the use of this product may trigger allergic reactions for some people due to their individual sensitivity to one or more ingredients in the color. The manufacturer will not assume any liability for allergic reactions of individual persons to colors, neither on the basis of an assurance of serviceability or expediency nor for any other reason. If the tolerance of the color is unknown from former applications, perform a color tolerance test prior to use or consult with a dermatologist.

The treatment must be interrupted immediately in case of:

- en cas de sensibilité excessive à la douleur
- perte de connaissance / vertiges
- sécrétion excessive d'excès

Les zones cutanées qui viennent d'être traitées doivent généralement être protégées des UV et des rayons du soleil.

Dans de rares cas, l'introduction d'encre de micropigmentation peut provoquer les problèmes suivants :

- Différences de teintes
- Dépigmentation
- réactions allergiques à d'autres composants de l'encre pigmentée aseptique

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences d'une tentative d'élimination des pig

1.5 GEBRUIK VAN MICROPIGMENTATIE-INKTEN

Voor het gebruik van micropigmentatie-inkten absoluten de volgende aanwijzing in acht nemen:

- Micropigmentatie-inkten mogen alleen door medisch gekwalificeerd personeel of voor micropigmentatie geschoold en gekwalificeerd personeel worden gebruikt.
- De micropigmentatie-inkten mogen uitsluitend voor de onder Toepassingsdoeleinde vermelde doeleinden worden gebruikt.
- Voor gebruik goed schudden.
- Niet met producten van andere fabrikanten mengen.
- Voor het gebruik een verdraagzaamheidstest uitvoeren *
- Contact met de ogen vermijden. Bij oogcontact met water spoelen.
- De klant resp. de patiënt over mogelijke risico's informeren.
- Het gebruik met de naaldmodules van MT.DERM wordt aanbevolen, omdat alleen daarmee hygiënische resultaten gegarandeerd kunnen worden.
- Als men vermoedt dat de kleurstof niet in optimale staat is (bijv. door transportschade of incorrecte opslag), mag de kleurstof niet worden gebruikt.
- Alle land specifiche hygiënevorschriften moeten in acht worden genomen.
- Garanderen dat de in de kleurstoffles resterende Micropigmentatie-inkt tijdens de behandeling niet verontreinigd wordt.
- De kleurstof na de verwijdering uit de kleurstoffles niet weer bijvullen.
- De kleurstoffles in principe alleen op een koele en donkerke plek bewaren.
- De kleurstoffles niet langere tijd aan direct zonlicht blootstellen.
- Voor reiniging van de kleurstoffles uitsluitend een desinfectiemiddel gedreven gebruik.
- De kleurstof niet drinken of inademen.
- De kleurstof voor de op het productetiket aangebrachte vervaldatum gebruiken.
- De kleurstof buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Resten kunnen via het huisvuil worden verwijderd.
- * Voor de verdraagzaamheidstest een kleine hoeveelheid micropigmentatie-inkt met een steriele naald in de gevoelige huid achter het oor inbrengen. 72 uur wachten, om te garanderen dat er geen allergische reacties optreden. Dezelfde test moet vervolgens worden uitgevoerd op het te behandelde huidoppervlak. Deze test voor elke te gebruiken micropigmentatie-inkt uitvoeren.

1.6 RISICO'S

- De gebruikte micropigmentatie-inkt blijft in de huid achter en kan mogelijk niet meer worden verwijderd.
- Hoevel de pigmentatie-inkten die het bevat zeer stabiel zijn, kan de kleur na gebruik vervagen of veranderen.
- Het is niet gegarandeerd dat de micropigmentatie-inkt volledig zal vervagen.
- Afhankelijk van de toepassing door het geschoold personeel en afhankelijk van de toestand van de huid kan het gebeuren dat de pigmentatie-inkten zich ongelijkmatig afzettent.
- Het is eveneens niet mogelijk om micropigmentkleuren van kleding (of andere materialen) te verwijderen.

1.7 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Hoewel het product voldoet aan de strengste eisen met betrekking tot kwaliteit en zuiverheid, kan het gebruik van dit product bij enkele personen door de individuele gevoeligheden ten opzichte van een of meerdere bestanddelen van de ink allergische reacties veroorzaken. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor allergische reacties van personen op inkt, noch op basis van een verzekering van algemene geschiktheid voor het doel of de bruikbaarheid, noch op enige andere reden. Indien de tolerantie van de inkt niet bekend is door dertien toepassingen, moet vóór het aanbrengen een inktoletantertest worden uitgevoerd of een dermatoloog worden geraadpleegd.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevallen van pogingen om de inkt te verwijderen. De fabrikant is in het bijzonder niet aansprakelijk voor complicaties die het gevolg zijn van het verwijderen van de micropigmentatie-inkt door thermische, mechanische of andere methoden (bijv. laserbehandeling). Bij reclamations moet het batchnummer worden aangegeven die op het productetiket staat vermeld.

2 Kwaliteitsverklaring van de fabrikant

- MT.DERM GmbH is conform ISO 13485 gecertificeerd.
- De bestanddelen van artyst micropigmentkleuren voldoen aan de vereiste van bijlage VII van de verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) betreffende stoffen in tatoeagekleuren of permanente make-up.
- De microbiologische veiligheid van alle artyst-micropigmentkleuren is bevestigd.

IT

1 COLORI PER MICROPIGMENTAZIONE

Prima di utilizzare colori per micropigmentazione occorre osservare obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- I colori per micropigmentazione possono essere utilizzati solo da personale medico qualificato o personale formato per la micropigmentazione.
- I colori per micropigmentazione devono essere utilizzati esclusivamente per gli utilizzi riportati al punto Finalità d'uso.
- Agitare bene prima dell'uso.
- Non miscelare con prodotti di altri produttori.
- Prima dell'uso eseguire un test di tollerabilità *
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi sciaccquare con acqua.
- Informare il cliente e/o il paziente in merito ai possibili rischi.
- Si raccomanda l'uso di moduli ago di MT.DERM poiché soltanto in questo modo possono essere garantiti risultati igienici.
- Qualora sussistesse il dubbio che il colore non sia in condizioni perfette (per es. dovuto a danni causati dal trasporto o da un stoccaggio improprio), il colore non deve essere utilizzato.
- Tutte le disposizioni specifiche e nazionali riguardanti l'igiene devono essere rispettate.
- Assicurarsi che il Colore per micropigmentazione rimasto nella fiala non venga contaminato da sporco durante il trattamento.
- Non reintrodurre il colore una volta prelevato dalla fiala.
- Conservare la fiala sempre in un luogo fresco e buio.
- Non esporre la fiala a raggi solari diretti per un tempo prolungato.
- Per la pulizia della fiala utilizzare esclusivamente un panno imbevuto di liquido disinfettante.
- Qualsiasi forma di acne attiva nell'area da trattare
- Dermatosi (per es. tumori della pelle, cheloidi e/o cicatrici nell'area da trattare
- Malattie infettive sistematiche e infezioni (per es. epatite del tipo A, B, C, D, E o F, infezione da HIV) oppure infezioni locali acute della pelle (per es. herpes, rosacea)
- In caso di pigmentazione delle palpebre: congiuntivite
- Durante una chemioterapia, radioterapia o terapia a base di corticosteroidi ad alto dosaggio (consiglio: da 4 settimane prima a 4 settimane dopo la terapia)
- Fino a 12 mesi da un'operazione di chirurgia estetica nell'area da trattare
- Allergia all'anestesia topica (locale)
- Sotto l'infusso di alcool e/o droghe
- Gravidanza e allattamento

1.3 CONTROINDICAZIONI

Nelle seguenti condizioni non è consentito effettuare alcun trattamento di trucco permanente:

- Emofilia o altri problemi di coagulazione del sangue
- Attuale assunzione di anticoagulanti (per es. acido acetilsalicilico, eparina, aspirina, warfarin)
- Diabete mellitus non controllato
- Qualsiasi forma di acne attiva nell'area da trattare
- Dermatosi (per es. tumori della pelle, cheloidi e/o cicatrici nell'area da trattare
- Malattie infettive sistematiche e infezioni (per es. epatite del tipo A, B, C, D, E o F, infezione da HIV) oppure infezioni locali acute della pelle (per es. herpes, rosacea)
- In caso di pigmentazione delle palpebre: congiuntivite
- Durante una chemioterapia, radioterapia o terapia a base di corticosteroidi ad alto dosaggio (consiglio: da 4 settimane prima a 4 settimane dopo la terapia)
- Fino a 12 mesi da un'operazione di chirurgia estetica nell'area da trattare
- Allergia all'anestesia topica (locale)
- Sotto l'infusso di alcool e/o droghe
- Gravidanza e allattamento

Il trattamento di mucose e bulbi oculari è assolutamente vietato.

Qualora ci sia anche un minimo dubbio legato alla sicurezza del cliente, non è consentito avviare il trattamento o è fassivo interrompere immediatamente.

- E' necessario rimuovere il colore per micropigmentazione dai vestiti (o altri materiali).
- E' necessario proteggere le aree cutanee appena tratteggiate dai raggi UV e solari.

In rari casi è possibile che l'introduzione di inchiostro per micropigmentazione possa provocare i seguenti problemi:

- Differenze di tonalità
- Perdita di pigmento
- Reazioni allergiche a componenti del colore del pigmento

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per reazioni allergiche delle singole persone ai colori, né sulla base di un'assicurazione di utilisità generale, né per altri motivi. In caso non si conosca la tollerabilità del prodotto da precedenti applicazioni, occorre eseguire un test di tollerabilità al colore prima dell'utilizzo o consultare un dermatologo.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni intercorsi a seguito di rimozione del colore. In particolare, il produttore non si assume nessuna responsabilità per la rimozione del colore per micropigmentazione tramite processi termici, meccanici o altri (per es. trattamento laser).

In caso di reclami, indicare sempre il codice del lotto stampato sull'etichetta del prodotto.

I seguenti simboli sono stati utilizzati per il contrassegno sull'etichetta del prodotto e sull'imballaggio:

	Produttore
	per maggiori informazioni, vedere le istruzioni per l'uso
	Numero catalogo, numero ordine
	Codice del lotto
	da consumarsi preferibilmente entro il
	Durata di conservazione 6 mesi dopo l'apertura

1.5 UTILIZZO DI COLORI PER MICROPIGMENTAZIONE

Prima di utilizzare colori per micropigmentazione occorre osservare obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- I colori per micropigmentazione possono essere utilizzati solo da personale medico qualificato o personale formato per la micropigmentazione.
- I colori per micropigmentazione devono essere utilizzati esclusivamente per gli utilizzi riportati al punto Finalità d'uso.

1.1 AINESOSAT

- Kunkin micropigmentointivärien ainesosat on luetteltu tämän käyttöohjeen viimeisessä kappaleessa kaikille kielille yhteisesti (katso luku 3).

1.2 FINALITÀ D'USO

Seos tatuointeissa tai kestopigmentointissa käytetään väkiä. Sisältää nikkelijä ja kromi (VI):ta. Voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Mikropigmentointiväri istutetaan neuamodulin ja mikropigmentointilaiteen avulla dermikseen (kestopigmentointi).

Yleisimmät mikropigmentointin käyttöalueet ovat:

- Kulmaarjien karvojen pirtäminen tai varjostus
- Silmärajuksen pirtäminen
- Huulten varjostus tai raujas
- Kehon tatuointi

1.3 KONTRAINDIKAATIOT

Seuraavissa tapauksissa ei kestopigmentointikäsitteilyä saa suorittaa:

- hemofilia tai muut veren hyttymishäiriöt
- verenohennustäkkiäinen käyttö (esim. asetylisaliylihappo, heparini, aspirini, warfarini)
- hoitamat diabetes mellitus
- kaikenlaisen aktiivisen akne käsiteltäväällä alueella
- ihotaudit (esim. ihokasvainet, arkipuodoksavaimet tai suuri arkipuodoksavaimet, auringonkeratosis, syylät ja/tai luomet) käsiteltäväällä alueella
- Non bere o inalare il colore.
- Utilizzare il colore prima della data di scadenza riportata sull'etichetta del prodotto.
- Conservare il colore fuori dalla portata di bambini.
- Eventuali residui possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

* Per il test di tollerabilità applicare una piccola quantità di colore per micropigmentazione con una ago sterile

di colore per micropigmentazione con una ago sterile

dietro l'orecchio.

• Per la pulizia della fiala utilizzare esclusivamente un panno imbevuto di liquido disinfettante.

• Non bere o inalare il colore.

• Utilizzare il colore prima della data di scadenza riportata sull'etichetta del prodotto.

• Conservare il colore fuori dalla portata di bambini.

• Eventuali residui possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

* Per il test di tollerabilità applicare una piccola quantità di colore per micropigmentazione con una ago sterile

di colore per micropigmentazione con una ago sterile

dietro l'orecchio.

• Per la pulizia della fiala utilizzare esclusivamente un panno imbevuto di liquido disinfettante.

• Non bere o inalare il colore.

• Utilizzare il colore prima della data di scadenza riportata sull'etichetta del prodotto.

• Conservare il colore fuori dalla portata di bambini.

• Eventuali residui possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

* Per il test di tollerabilità applicare una piccola quantità di colore per micropigmentazione con una ago sterile

di colore per micropigmentazione con una ago sterile

dietro l'orecchio.

• Per la pulizia della fiala utilizzare esclusivamente un panno imbevuto di liquido disinfettante.

• Non bere o inalare il colore.

• Utilizzare il colore prima della data di scadenza riportata sull'etichetta del prodotto.

• Conservare il colore fuori dalla portata di bambini.

• Eventuali residui possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

* Per il test di tollerabilità applicare una piccola quantità di colore per micropigmentazione con una ago sterile

di colore per micropigmentazione con una ago sterile

dietro l'orecchio.

• Per la pulizia della fiala utilizzare esclusivamente un panno imbevuto di liquido disinfettante.

• Non bere o inalare il colore.

• Utilizzare il colore prima della data di scadenza riportata sull'etichetta del prodotto.

• Conservare il colore fuori dalla portata di bambini.

• Eventuali residui possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

* Per il test di tollerabilità applicare una piccola quantità di colore per micropigmentazione con una ago sterile

di colore per micropigmentazione con una ago sterile

dietro l'orecchio.

• Per la pulizia della fiala utilizzare esclusivamente un panno imbevuto di liquido disinfettante.

• Non bere o inalare il colore.

• Utilizzare il colore prima della data di scadenza riportata sull'etichetta del prodotto.

• Conservare il colore fuori dalla portata di bambini.

• Eventuali residui possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

* Per il test di tollerabilità applicare una piccola quantità di colore per micropigmentazione con una ago sterile

di colore per micropigmentazione con una ago sterile

dietro l'orecchio.

• Per la pulizia della fiala utilizzare esclusivamente un panno imbevuto di liquido disinfettante.

• Non bere o inalare il colore.

• Utilizzare il colore prima della data di scadenza riportata sull'etichetta del prodotto.

• Conservare il colore fuori dalla portata di bambini.